

**PLESTER
SARIAWAN**



Luka akibat kawat gigi



Gusi luar & dalam



Antara pipi & gusi



Bibir bagian dalam



Antara gusi & lidah



Kemasan:
1 boks isi 10 plester terpisah



KEMENKES RI AKL 21603124528

**LET YOUR ORAL WOUND
HEAL NATURALLY**



Curatick™

Penyebab Sariawan


- Menggunakan gigi palsu/kawat gigi yang tidak pas
- Menyikat gigi terlalu keras
- Kebiasaan menggigit mulut, lidah, atau bibir
- Mengunyah makanan keras atau bersuhu panas
- Memakai odol/pasta gigi yang mengandung Sodium Laureth Sulfate (SLS)
- Gangguan struktur gigi
- Infeksi jamur, seperti kandidiasis oral
- Infeksi bakteri, misalnya Streptococcus
- Efek samping pengobatan, contohnya kemoterapi, radioterapi, antibiotik, kortikosteroid, dan antiinflamasi nonsteroid (NSAID)

Fitur & Manfaat


- Daya lekat kuat hingga 4 jam
- Plester berukuran diameter kecil (Ø12mm) & ketebalan sangat tipis
- Dikemas higienis (1 boks isi 10 plester kemasan higienis terpisah)
- Sifat plester water soluble, aman jika tertelan
- Bahan baku berstandar United States (US) Pharmacopeia & Korean Pharmacope

Hasil Uji Klinis

- Tabel Skala Nyeri (Uji Kenyamanan Penggunaan)



Uji Perbandingan:
ORA-AID (Curatick) & produk lain menunjukkan perbedaan bermakna dalam hal sensasi rasa nyeri dengan indikator VAS (Visual Analog Scale).




Hasil:
Sebagian besar responden pengguna ORA-AID (Curatick) terlihat menunjukkan ekspresi wajah di **VAS-0 dan VAS-1 (Not Pain At All)**

- Tabel Efektivitas Penyembuhan Luka Pada Mulut (Eksisi)



Dari hasil pengujian, kelompok Curatick memiliki jumlah **serat kolagen** (faktor untuk regenerasi jaringan) **lebih tinggi** dibandingkan dengan kelompok kontrol (hari ke-3, 7 & 14).

- Tabel Efektivitas Penyembuhan Ulcer & Luka Kecil Pada Mulut



Hasil: Kelompok Curatick memperlihatkan **peningkatan area serat kolagen** pada hari ke-3, 7 & 14 dibandingkan kelompok kontrol.

Cara Penggunaan



1
Persihkan air liur berlebih di area sekitar luka



2
Lepaskan plastik yang menempel pada plester/patch



3
Tempelkan plester/patch pada area luka



4
Tekan & tahan selama 10 detik

Bagian plester/patch yang ditempel pada luka/sariawan adalah yang sebelumnya menempel pada plastik

